

**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»  
при управлении здравоохранения Акмолинской области**

**Экспертное заключение**

**г. Кокшетау**

**По лоту № 2 к Тендеру № 20**

**Лот №2 – Предоставленная техническая спецификация ТОО «Мерусар и К»,  
соответствует требованиям тендерной документации.**

**Заведующий офтальмологическим отд.: Нурканов Б.Е.**

**Подпись**



при управлении здравоохранения Акмолинской области

## Экспертное заключение

шетау

от «22» мая 2023 г.

ту 1 - к Тендеру № 20

т №1 ТОО « SUNMEDICA » – Техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО « SUNMEDICA »	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Натронная известь для наркозно-дыхательного аппарата Atlant A 300	Техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика	В регистрационном одобрении РК-ИМН-5№003844 - Отсутствуют данные о том, что натронная известь, именно для наркозно-дыхательного аппарата Atlant A300 . В техспецификации поставщика установлены несоответствия и приложенной инструкции, а именно: размеры частиц 3-4мм, тогда как в приложении инструкции указано 2-4мм- что препятствует к нормальному функционированию клапанов и приводит к утечкам.

т №1 ТОО «Диагаль» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диагаль»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Натронная известь для наркозно-дыхательного аппарата Atlant A 300	Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика	В регистрационном одобрении РК-МТ-5№019786 - указано о том, что натронная известь, именно для наркозно-дыхательного аппарата Atlant A300

ость Заведующий ОАРИТ Сарыбаева Индира Каражигитовна