

**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области**

Экспертное заключение

г. Кокшетау

от «23» января 2023 г.

По лотам 34,35 к Тендеру № 9

Лот № 34 ТОО «RUBICON XII» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. ✓

Лот № 34 ИП «GroMax» – предоставленное регистрационное удостоверение не подходит для Эндопротез-сетка для хирургической реконструкции тазового дна у женщин (1,5x45). ✓

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО ТОО « <u>GroMax</u> »	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Эндопротез-сетка для хирургической реконструкции тазового дна у женщин (1,5x45). Эндопротез-сетка для хирургической реконструкции тазового дна у женщин с петлями рамером (мм): (15+-2)x(400+-10). Цельносвязанный сетчатый эндопротез-лента изготовлена по технологии УроСлинг из полипропиленовых монопнитей. Имеет макропористую структуру. Особенность вязания препятствует избыточному растяжению эндопротеза, а также повышает его прочность, край эндопротеза выполнен в виде петель. Применяется для лечения апикального пролапса. Эндопротез быстро прорастает соединительной тканью и надежно фиксируется к окружающим структурам. Состав: полипропиленовые монопнити диаметром 100 мкм; Цвет: бело-синий; Толщина: 0,4	Техническая спецификация Поставщика полностью скопирована у Заказчика. приложенное регистрационное удостоверение № 015173 от 8 июня 2021 года на эндопротез сетчатый полипропилен-поливинилиденфторидный для хирургического лечения недержания мочи у женщин Урослинг с петлями размерами (мм): Т (11±2)x(300±10), (11±2)x(500±10) не применим для эндопротеза-сетки для хирургической реконструкции тазового дна у женщин (1,5x45), т.к применяется при стрессовом недержании мочи.	Регистрационное удостоверение № 015173 от 8 июня 2021 года не распространяется на эндопротез-сетка для хирургической реконструкции тазового дна у женщин с петлями рамером (мм): (15+-2)x(400+-10) по размерам петель, по составу: 1. виду нитей: Полипропиленовые монопнити; 2. по диаметру 100 мкм; 3. по толщине: 0,4 мм; 4. по объемной пористи: 70 %; 5. поверхностная плотность: 75 г/м2 ; Эндопротез-сетка для хирургической реконструкции тазового дна у женщин (1,5x45) применяется для лечения апикального пролапса (при полном выпадении матки и шейки матки), тогда как регистрационное удостоверение приложенное на эндопротез поставщиком

мм; Объемная пористость: 70 %; Поверхностная плотность: 75 г/м ² ; Стерилизация: окись этилена (EO)		применяется при стрессовом недержании мочи
---	--	--

Лот № 35 ТОО « RUBICON XII » – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. ✓

Лот № 35 ТОО « GroMax » – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика. ✓

Ф.И. О. Ахмадиева Д.А.

Должность: Заведующая гинекологического отделения

Подпись 