

**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения
Акмолинской области**

Экспертное заключение

г.Кокшетау

от «23» января 2023г.

Лоты: 1,7-12, 14-27,29-33 к тендеру №9

№1 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№7 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№8 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№8 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
Соединитель имеет температурный порт 7,6 мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок»	Отсутствует: - температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой; - подключённая линия длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок».	Температурный порт с невыпадающей герметизируемой вставкой на соединителе, а также на дистальном конце шланга обеспечивает контроль подачи температуры, его отсутствие может вызвать разгерметизацию дыхательной системы. Отсутствует линия мониторинга давления, которое устанавливается на дыхательный контур для измерения давления в дыхательных путях, что обеспечивает контроль давления на протяжении дыхательного цикла, его отсутствие может вызвать баротравму легких.

№9 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№10 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
заявлено на изделие из высококачественного хлопчатобумажного материала	мед.изделие на трикотажной основе с полиуретановой подкладкой	Изделия из натурального полотна(хлопок) снижают риск развития аллергических и других нежелательных реакций у маловесных новорожденных

№10 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№11 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№11 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
заявлено на изделие из высококачественного хлопчатобумажного материала	мед.изделие на трикотажной основе с полиуретановой подкладкой	Изделия из натурального полотна снижают риск развития аллергических и других нежелательных реакций

№12 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
Компрессионный объем не менее 556мл, применима при давлении до 140смН ₂ O и потоке до 180л/мин Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий.	отсутствуют данные о компрессионном объеме, допустимом потоке и давлении при эксплуатации, материалах из которых изготовлено изделие	отсутствуют данные о компрессионном объеме, допустимом потоке и давлении при эксплуатации, материалах из которых изготовлено изделие, это может негативно отразиться на осуществлении респираторной терапии у новорожденных в тяжелом состоянии

№12 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№12 ТОО «Новомед КЗ»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Новомед КЗ»	Результат рассмотрения
Камера увлажнителя самозаполняющаяся	Камера увлажнителя самозаполняющаяся. Техническая спецификация Поставщика полностью скопирована у Заказчика. Приложенное регистрационное удостоверение № 017663 от 26 марта 2018 года на дыхательные системы RVent Medikal Uretim A.S. не содержит камеру увлажнителя	Регистрационное удостоверение № 017663 от 26 марта 2018 года выдано на дыхательные системы RVent Medikal Uretim A.S. в перечне расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения и медицинской технике отсутствует камера увлажнителя. В регистрационном удостоверении РК-ИМН-5№017663 приложение содержит: (крышка Y соединителя EVA, фильтр HME бактериально/вирусный SBC, крепление катетера PP/SBC/LDPE, стеклянная часть водосборника, трубка рифлёная 22 мм, Водосборник, соединитель Y с портами, соединитель коленный W/OUT CO2 порт PP, соединитель прямой PP 22M - 22F)

№14 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№14 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
заявлено на датчик на монитор Drager	датчик предназначен для использования с мониторами Massimo(или наличие технологии Massimo SET)	монитор Drager не имеет технологию Massimo SET, то есть использование данных датчиков невозможно

№15 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
заявлено на датчик на монитор Drager Gamma	датчик предназначен для использования с мониторами Massimo(или наличие технологии Massimo SET)	монитор Drager Gamma не имеет технологию Massimo SET, то есть использование данных датчиков невозможно

№15 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№16 ТОО «Новомед КЗ»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика, предоставленное регистрационное удостоверение не подходит для дыхательного контура реанимационный 1,2 м, для **новорожденных**, с обогревом (один провод), с влагосборником, самозаполняющаяся камера увлажнителя, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8 м, с камерой увлажнителя.

Заявленная техническая спецификация	Техническая спецификация ТОО «Новомед КЗ»	Результат рассмотрения
-------------------------------------	---	------------------------

спецификация Заказчиком		
Дыхательный контур реанимационный 1,2 м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, самозаполняющая камера увлажнителя, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8 м, с камерой увлажнителя для аппаратов ИВЛ EVITA Draeger - Babylog 8000.	Техническая спецификация Поставщика полностью скопирована у Заказчика. Приложенное регистрационное удостоверение № 017663 от 26 марта 2018 года на дыхательные системы RVent Medikal Uretim A.S. приложение не содержит: шланги гладкоствольные, указаны трубки рифленые 22мм, в неонатальном контуре внутренний диаметр шлангов 10 мм, отсутствует информация о дополнительном шланге, провод нагрева, камера увлажнителя, что не соответствует технической спецификации	Регистрационное удостоверение № 017663 от 26 марта 2018 года выдано на дыхательные системы RVent Medikal Uretim A.S. представленном поставщиком отсутствует информация по виду контура (взрослый, детский, неонатальный). В регистрационном удостоверении РК-ИМН-5№017663 приложение не содержит: шланги гладкоствольные, указаны трубки рифленые 22мм (контур с таким диаметром применяется для взрослых), в неонатальном контуре внутренний диаметр шлангов 10 мм, отсутствует информация о дополнительном шланге, провод нагрева, камера увлажнителя, что не соответствует технической спецификации.

№16 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№17 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№17 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№18 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№19 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№20,21 ТОО «Экофарм»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№22 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№23 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№24 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№25 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№25 ТОО «ЭКОФАРМ»- техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «ЭКОФАРМ»	Результат рассмотрения
заявлено на датчик в инкубатор «AirIncui»	тип датчика Nellcor, приложенное регистрационное удостоверение № 0201090 от 11 марта 2013 года выдано на монитор пациента Vista 120S, а инкубаторе встроенный монитор	тип датчика Nellcor не соответствует заявленной тех.спецификации, то есть использование данных датчиков невозможно. В приложенном регистрационном удостоверении № 0201090 от 11 марта 2013 года отсутствует датчик

№26 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

№26 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика

- №27 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №29 ТОО «ВМП Азия»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №30 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №30 ТОО «Экофарм»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №30 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №30 «MedIntelCompany»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №31 «MedIntelCompany»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №31 ТОО «SUNMEDICA»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №31 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №31 ТОО «Экофарм»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №32 ТОО «DEMEU TRADING»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №33 ИП «GroMax»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓
- №33 ТОО «Экофарм»- техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика ✓

Ф.И.О. Богатырева Елена Викторовна

Должность Зав. ОРИТН

Подпись

