

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области

Экспертное заключение

г. Кокшетау

от «10» января 2023 г.

По лотам № 1-27, 28—33, 34, 37- 42, 47-60, 61-66, 57-59, 61-83, 84-92, 93-95, 97, 98-113, 114-115, 116-120, 121-123, 124-125, 126-136, 137-143, 144-151, 152-161, 162-176, 177-211, 212-214, 215-230, 238-245, 246-249 250-253, 254-256 к Тендеру № 7.

Лот №1

Раствор калибровочный 1, объемом 200мл к анализаторам серии ABL 800, для калибровки электролитного и метаболитного электродов ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 2

Раствор калибровочный 2, объемом 200мл к анализаторам серии ABL 800, для калибровки электролитного и метаболитного электродов ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 3

Полипропиленовые шприцы с сухим гепарином 2,0 мл, 100 шт в упаковке, без иглы, с колпачком для взятия артериальной крови, литиевый гепарин 80 МЕ ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 4

Раствор очистной - 175 мл, для очистки измерительной системы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 5

Калибровочный раствор гемоглобина 4 ампулы по 2,0 мл в 1 упаковке – для калибровки гемоглобина 1 раз в квартал для серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 6

Раствор промывочный - 600мл, для автоматической промывки анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 7

Раствор гипохлорида 100,0 мл, для удаления белковых загрязнений анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 8

Мембраны для лактатного электрода – 1 упаковка содержит 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 9

Мембраны для глюкозного электрода – 1 упаковка содержит 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 10

Система для автоматического контроля качества уровень 1, 30амп, 0,7 мл для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 11

Система для автоматического контроля качества уровень 2, 30амп, 0,7 мл для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 12

Система для автоматического контроля качества уровень 3, 30амп, 0,7 мл для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 13

Система для автоматического контроля качества уровень 4, 30амп, 0,7 мл для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 14

Баллон с калибровочным газом №1 – газовый баллон 11,2% CO₂, 34 бар, для калибровки электродов pO₂, pCO₂ для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 15

Баллон с калибровочным газом №2 – газовый баллон 11,2% CO₂, 34 бар, для калибровки электродов o₂, pO₂, pCO₂, азот, для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 16

Мембраны для рСО₂ электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 17

Мембраны для рО₂ электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 18

Мембраны для К электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD», ИП «Leon Company» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК –МТ-5№017572 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» перерегистрация № N041830 от 17.08.2021г, действует бессрочно.

Регистрационное удостоверение на медицинскую технику ИП «Leon Company» РК –МТ-5№017572 (соответственно и перечень ИМН) истекает 16.02.2023г.

Лот № 19

Мембраны для Na электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» ИП «Leon Company», технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации. Регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК –МТ-5№017572 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» перерегистрация № N041830 от 17.08.2021г, действует бессрочно. Регистрационное удостоверение на медицинскую технику ИП «Leon Company» РК –МТ-5№017572 (соответственно и перечень ИМН) истекает 16.02.2023г.

Лот № 20

Мембраны для Cl электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD», ИП «Leon Company» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК –МТ-5№017572 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» перерегистрация № N041830 от 17.08.2021г, действует бессрочно. Регистрационное удостоверение на медицинскую технику ИП «Leon Company» РК –МТ-5№017572 (соответственно и перечень ИМН) истекает 16.02.2023г.

Лот № 21

Мембраны для Са электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD», ИП «Leon Company» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Регистрационное удостоверение на медицинскую технику РК –МТ-5 №017572 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» перерегистрация № N041830 от 17.08.2021г, действует бессрочно. Регистрационное удостоверение на медицинскую технику ИП «Leon Company»

РК –МТ-5№017572 (соответственно и перечень ИМН) истекает 16.02.2023г.

Лот № 22

Мембраны для референтного электрода, 4 мембраны в электролитном растворе. Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 23

Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл, Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 24

Термопринтерная бумага, 8 рулонов в уп, , Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 25

Уловитель сгустков, 250 шт в уп, Применяется для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 26

Гепаринизированные, сбалансированные по электролитам капилляры, проволочки-смесители и колпачки для капиллярова, также магнит для перемешивания. Концентрация гепарина 70МЕ, объем капилляра до 85 мкл. (упаковка содержит 5 стеклянных тубусов по 75 штук). для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации

Лот № 27

Прокладка между основным блоком и входным отверстием для работы анализаторов серии ABL 800 ТОО «Дельрус РК» и ТОО «Мелиор LTD» технические спецификации соответствует требованиям конкурсной документации.

Лот № 28

Дилуэнт 20 л на гематологический анализатор XP – 300 CELLPACK 20 I (SYSMEX Europe GmbH, Germany, ГЕРМАНИЯ) ТОО «Медиленд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 29

Лизирующий раствор 500 мл*3 на гематологический анализатор XP – 300 Stromatolyser-WH 3 x 500 мл +2 +35 (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ) ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 30

Чистящий раствор 50 мл на гематологический анализатор XP – 300 Cellclean (CL-50), 50 мл +1 +30 С (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ). ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 31

Контрольный материал на гематологический 1 уровень анализатор XP – 300 EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл +2 +8C EIGHTCHECK-L (Sysmex Corporation, США ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 32

Контрольный материал 2 уровень на гематологический анализатор XP – 300 Сисмекс EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл +2 +8 С EIGHTCHECK-3WP-N; 1.5 ML x 1 vial (Sysmex Corporation, США) ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 33

Контрольный материал 3 уровень на гематологический анализатор XP – 300 Сисмекс EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл +2 +8 С EIGHTCHECK-H (Sysmex Corporation, США ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика.

ЛОТ 34 Общий белок, 500 тестов на биохимический анализатор FS-360.

Предлагаемая техническая спецификация ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента 1x125 мл</u> Флаконы объемом 1x125 мл, удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка реагента от 1*500 мл, Не соответствует.	Объем 500 мл в округлых флаконах, не адаптирован в разъемы анализатора, требует переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Калибратор 1x5 мл стандарт общего белка	Объем 1*4 мл. Не соответствует	С калибратором 1*4 мл выполняется меньшее количество калибровок, что может влиять на стабильность теста на борту анализатора.
<u>Состав основного реагента:</u> Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л.	Нет указан	Химический состав реагентов и концентрация реагентов влияет на качество анализа и стабильность реагентов.
<u>Линейность: 1-15,0 г/дл</u>	Линейность 1- 12 г/дл.	Более высокая линейность 1-15 г/дл позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.

ЛОТ 37

Мочевина реагент на биохимический анализатор FS-360.

Предлагаемая техническая спецификация ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1 - 1*125 мл R2 1*25мл Флаконы объемом R1 1*125 мл + R2 1*25мл, удлиненной формы, адаптированные в	<u>Фасовка</u> R1 2*80 мл R2 2*20мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное

разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.		количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Калибратор 1x5 мл	Калибратор 1*2 мл.	С калибратором 1*2 мл выполняется намного меньшее количество калибровок, что может влиять на стабильность теста на борту анализатора..
Состав основного реагента: Трис-буфер, pH 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л, ADP 0,6 ммоль/л, Уреаза >20,000 Ед/л, ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 38 Реагент Креатинин по Яффе на биохимический анализатор «Biochem FS 360» ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1- 1x125мл + R2, 1x125мл Флаконы объемом R1 1*125 мл + R2 1*125мл , удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	<u>Фасовка</u> R1 2*50 мл R2 2*50мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах , не адаптированы в разъемы анализатора , требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента , остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Калибратор 1x2 мл	Калибратор 1*1 мл.	С калибратором 1*1 мл выполняется намного меньшее количество калибровок, что может влиять на стабильность теста на борту анализатора..
<u>Состав основного реагента:</u> Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 39 Реагент АЛТ (аланинаминотрансфераза) на биохимический анализатор «Biochem FS 360» ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1 1x100мл + R2 1x20мл Флаконы объемом R1 1*100 мл + R2 1*20 мл, удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	<u>Фасовка</u> R1 2*80 мл R2 2*20мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах , не адаптированы в разъемы анализатора , требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента , остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.

Набор биохимического мультикалибратора, 1х5мл	Отсутствует в наборе	- Тест на АЛТ данными наборами не может быть в работе из за отсутствия соответствующего калибратора. - Тест не может калиброваться калибратором другого производителя.
Линейность теста 0-500 МЕ/л	10-200 МЕ/л.	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
Состав основного реагента: L-Аланин 500 ммоль/л, ЛДГ >1200 Ед/л, Трис-буфер, pH 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л, NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 40 Реагент АСТ (аспартатаминотрансфераза) на биохимический анализатор «Biochem FS 360» ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1, 1х100мл + R2, 1х20мл Флаконы объемом R1 1*100 мл + R2 1*20 мл, удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R1 2*80 мл R2 2*20мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Набор биохимического мультикалибратора, 1х5мл	Отсутствует в наборе	- Анализ данными наборами не может быть в работе из за отсутствия соответствующего калибратора. - Тест не может калиброваться калибратором другого производителя.
Линейность теста 0-500 МЕ/л	10-200 МЕ/л.	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
Состав основного реагента: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, pH 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 41 Реагент Амилаза на биохимический анализатор «Biochem FS 360» ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	---------------------------------------	---

<u>Фасовка реагента</u> R1 1x125мл Флаконы объемом R1 - 1*125 , удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	<u>Фасовка</u> R1 2*50 мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах , не адаптированы в разъемы анализатора , требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента , остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Набор биохимического мультикалибратора, 1x5мл	Отсутствует в наборе	- Анализ данными наборами не может быть в работе из за отсутствия соответствующего калибратора. - Тест не может калиброваться калибратором другого производителя.
<u>Состав основного реагента:</u> . Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, pH 4,0±0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 42. Реагент Глюкоза на биохимический анализатор «Biochem FS 360» ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1 1x125мл Флаконы объемом R1 1*125 мл , удлиненной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	<u>Фасовка</u> R1 1*250 мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах , не адаптированы в разъемы анализатора , требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента , остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Калибратор 1x5 мл	Калибратор 1x2 мл	С калибратором 1*2 мл выполняется намного меньшее количество калибровок, что может влиять на стабильность теста на борту анализатора.
Линейность теста 0-500 мг/дл	До 400 МЕ/л.	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
<u>Состав основного реагента:</u> Глюкозогексогоминаза 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 47 . Реагент Альфа-амилаза прямая на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медилэнд » соответствует требуемой технической спецификации заказчика ТОО «Диакит » не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> R1, 5x20мл Флаконы объемом 5*20 мл определенной формы, адаптированные в	<u>Фасовка</u> R1 2*50 мл	Предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах , не адаптированы в разъемы анализатора , требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента , остаточное

разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.		количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
- Метод анализа : субстрат CNP олигосахарид , с концентрацией CNP-G3 2.25 ммоль/л - Требуемый набор с наименованием Альфа амилаза прямая, прямой субстрат CNP-G3 2.25 ммоль/л	- Кинетический метод, - Просто Субстрат CNP олигосахарид для определения альфа амилазы. Не соответствует	Без указания Альфа амилаза прямая, Без указания Прямой субстрат CNP-G3 2.25 ммоль/л Отсутствует концентрация предлагаемого субстрата CNP-G3 2.25 ммоль/л
Внутрилабораторный показатель CV 2,6%	Нет указано	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста, 10,9 Ед/л или 0,18 мккат/л.	Не указано	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: : Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1.	Нет указан	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 48 Реагент Аспартатаминотрансфераза на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика, **ТОО «Диакист» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:**

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакист»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> Флаконы объемом R1 5*40 мл , R 2 5*10мл мл Флаконы объемом 5*40 мл ,5*10 мл определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R 1 5*40 мл R 2 5*10мл	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Линейность до 500 Ед/л	От 10 - 200 Ед/л Не соответствует	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
Коэффициент вариации CV 1,4 %	Нет указано для автоматических систем Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста, 2,2 Ед/л =0,04 мккат/л	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: леченочный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 49 Реагент Алапинаминотрансфераза на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика ТОО «Диакист» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> Флаконы объемом R1 5*40 мл, R 2 5*10мл Флаконы объемом R1 5*40 мл, R 2 5*10мл, определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R 1 5*40 мл R 2 5*10мл	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Линейность до 500 Ед/л	От 10 - 200 Ед/л Не соответствует	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
Коэффициент вариации CV 2,5 %	Нет указано Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста 3,1 Ед/л = 0,05 мккат/л	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
<u>Состав основного реагента:</u> <u>печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аланин,</u> <u>кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис</u> <u>150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л,</u> <u>лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В.</u> <u>NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л,</u> <u>гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л.</u>	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 50 Реагент Общий билирубин на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медиленд » соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 51 Реагент Прямой билирубин на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует
требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 52 Реагент Глюкоза на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> Флаконы объемом R 10x50мл Флаконы объемом R1 10*50 мл, определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений	Фасовка R 1 10*50 мл Не соответствует	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Линейность до 500 мг/дл	До 400 мг/дл Не соответствует	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.
Коэффициент вариации CV 1,4 %	Не указан Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.

Предел обнаружения теста 1,6 мг/дл = 0,08 мккат/л	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5.	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 53 Реагент Общий белок на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> Флаконы объемом R 10x50мл Флаконы объемом R1 10*50 мл, определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R 1 10*50 мл Не соответствует	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Коэффициент вариации CV 1,5 %	Не указан Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста 6,5г/л	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетат меди (II) 6 ммоль/л, иодид калия 12 ммоль/л, гидрооксид натрия 1.15 моль/л, детергент.	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 54 Реагент Креатинин по Яффе на биохимический анализатор А15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
<u>Фасовка реагента</u> Флаконы объемом R 1 5x50мл R 2 5x50мл Флаконы объемом R 1 5x50мл, R 2 5x50мл, определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R 1 5x50мл R 2 5x50мл Не соответствует	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Линейность 20 мг/дл = 1768 мкмоль/л	28,3 мг/дл = 885 мкмоль/л Не соответствует	Более высокая линейность позволяет улавливать максимальные значения теста, что влияет на правильность и точность анализа.

Коэффициент вариации CV 2,2 %	Не указан Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста 0,04 мг/дл = 3,5 мкмоль/л	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л.	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 55 Реагент Мочевина на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» не соответствует требуемой технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Диакит»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Фасовка реагента Флаконы объемом R 1 5x40мл R 2 5x10мл Флаконы объемом R1 5*40 мл, 5*10 мл определенной формы, адаптированные в разъемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений.	Фасовка R 1 5x40мл R 2 5x10мл Не соответствует	Но, предлагаемые объемы реагентов в округлых флаконах, не адаптированы в разъемы анализатора, требует дополнительного переливания что ведет к загрязнению реагента, остаточное количество теряет свою активность, и должно утилизироваться. Так же требуется закуп оригинальных флаконов, что ведет к дополнительным финансовым расходам.
Коэффициент вариации CV 4,7 %	Не указан Не соответствует	Неизвестно насколько тест варьирует в серии анализов, может влиять на правильность теста.
Предел обнаружения теста 4,0 мг/дл мочевины = 0,7 ммоль/л мочевины	Не указано Не соответствует	Влияет на улавливание max и min значений теста.
Состав основного реагента: почечный профиль; уреазы/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреазы > 140 Ед/мл, глутаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л.	Нет указан Не соответствует	Химический состав реагентов и их концентрация влияет на качество анализа и стабильность реагентов.

ЛОТ 56 Реагент С –реактивный белок на биохимический калибратор на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 57 Стандарт С –реактивный белок на биохимический контроль Уровень I на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 58 Биохимический калибратор на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 59 Биохимический контроль Уровень I на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 60 Биохимический контроль Уровень I на биохимический анализатор A15 Испания ТОО «Медилэнд» соответствует требуемой технической спецификации заказчика

ЛОТ 61 Набор для количественного определения фибриногена по Clauss на полуавтоматический коагулометр STAGO, ТОО «Sao med Group» имеется Регистрационное удостоверение на полуавтоматический анализатор гемостаза «Start- Max» «STAGO» с принадлежностями РК –МТ -5№016791 государственная перерегистрация 29.03.2022г, бессрочно № N050090, и реагент соответствует технической спецификации заказчика, ТОО «Экофарм» не имеет РУ полуавтоматический анализатор гемостаза Start Max, в ТС ТОО «Экофарм» указан РУ анализатор гемостаза Erba Laxema . Чешская республика РК МТ -0№024606 от 13.06.2022г, бессрочно, и реагент не соответствует технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	--	---

Реагент фибриноген по «Clauss», жидкий реагент, 12 фл *4 мл, 960 тестов. Готовый жидкий реагент. Реагент фибриноген по «Clauss», жидкий реагент, 12 фл *4 мл, 960 тестов. Готовый жидкий реагент.	Не соответствует Набор реагента для определения концентрации фибриногена, вариант исполнения Erba Trombin 10. Комплект 5. 25фл *2 мл. Лиофилизированный, для восстановления необходимо добавить 2мл -5 мл очищенной воды. Не соответствует	- В ТС поставщика нет технических характеристик реагента, описан процесс подготовки образца, клиническая значимость анализа - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ - 0»024606 от 13.06.2022г. - реагент требует ручного разведения, что может влиять на безопасность в работе.
<u>Инструкция реагент фибриноген по Clauss</u>	<u>Инструкция Erba Thrombin реагент</u> Не соответствует	В прилагаемой инструкции для работы с набором Erba Trombin 10, в основном написан процесс работы ручным методом. Для анализаторов указано просто ссылка «обратитесь к руководству пользователя прибора». - Реагент используется на полуавтоматических анализаторах гемостаза Erba Laxema. -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов для онкоцентра.

ЛОТ 62 Набор для определения протромбинового времени 6фл *5 мл на полуавтоматический коагулометр STAGO TOO «Sau Med Group» имеется Регистрационное удостоверение на полуавтоматический анализатор гемостаза «Start-Max» «STAGO» с принадлежностями РК –МТ -5№016791 государственная перерегистрация 29.03.2022г, бессрочно № N050090, и реагент соответствует технической спецификации заказчика, TOO «Экофарм» не имеет РУ полуавтоматический анализатор гемостаза Start Max, в ТС TOO «Экофарм» указан РУ анализатор гемостаза Erba Laxema . Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г, бессрочно, и реагент не соответствует технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация TOO «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Набор реагентов для определения протромбинового времени (ISI ≈1.3) МИЧ или Международный индекс чувствительности. 6 фл * по 5 мл. В упаковке 300 тестов.	Набор реагента для определения протромбинового времени, вариант исполнения Erba Protine LS 50. 10фл*5 мл.	- В ТС поставщика нет технических характеристик реагента, описан процесс подготовки образца, и клиническая значимость анализа. - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ - 0»024606 от 13.06.2022г.
<u>Инструкция реагент</u> Набор реагентов для определения протромбинового времени (ISI ≈1.3)	<u>Инструкция Erba Protine LS 50.</u>	- В прилагаемой инструкции для работы с набором Erba, Protine LS 50. в основном написан процесс работы ручным методом - Для анализаторов указано просто ссылка «обратитесь к руководству пользователя прибора». - Реагент используется на

		полуавтоматических анализаторах гемостаза Erba Laxema. -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов для онкоцентра.
--	--	---

ЛОТ 63 Реагент для определения с АЧТВ на полуавтоматический коагулометр STAGO TOO «Sau med Group» имеется Регистрационное удостоверение на полуавтоматический анализатор гемостаза «Start- Max» «STAGO» с принадлежностями РК –МТ -5№016791 государственная перерегистрация 29.03.2022г, бессрочно № N050090, и реагент соответствует технической спецификации заказчика, TOO «Экофарм» не имеет РУ полуавтоматический анализатор гемостаза Start Max, в ТС TOO «Экофарм» указан РУ анализатор гемостаза Erba Laxema . Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г ,бессрочно, и реагент не соответствует технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация TOO «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Реагент для определения с АЧТВ с полифенольным активатором 12фл *4 мл , на 960 тестов.	- Набор реагентов для определения активированного парциальнотромбопластинового времени, вариант исполнения Erba Actime 30. - 12фл*5 мл.	- В ТС поставщика нет технических характеристик реагента, описан процесс подготовки образца, и клиническая значимость анализа. - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г. - не указано количество определений на автоматический метод.
<u>Инструкция реагент</u> Реагент для определения с АЧТВ с полифенольным активатором .	<u>Инструкция</u> Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени, вариант исполнения Erba Actime 30 с 0,1 ммиллимолярным раствором эллаговой кислоты со взвесью фосфолипидов.	- В прилагаемой инструкции для работы с набором Erba, Actime 30. в основном написан процесс работы ручным методом - Для анализаторов указано просто ссылка « обратитесь к руководству пользователя прибора ». - использование реагента Erba Actime 30 требует закупа Erba Calcium Chlorid, что ведет к дополнительным финансовым расходам. - Реагент используется на полуавтоматических анализаторах гемостаза Erba Laxema. -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов для онкоцентра.

ЛОТ 64 Кюветные стрипы, в упаковке 150 стрипов по 4 кюветы на полуавтоматический коагулометр STAGO TOO «Sau med Group» соответствуют технической спецификации.

ЛОТ 65 Системная универсальная калибровочная плазма 6 фл по 1 мл на полуавтоматический коагулометр STAGO ТОО «Sau med Group» имеется Регистрационное удостоверение на полуавтоматический анализатор гемостаза «Start-Max» «STAGO» с принадлежностями РК –МТ -5№016791 государственная перерегистрация 29.03.2022г, бессрочно № N050090, и реагент соответствует технической спецификации заказчика, ТОО «Экофарм» не имеет РУ полуавтоматический анализатор гемостаза Start Max, в ТС ТОО «Экофарм» указан РУ анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г, бессрочно, и реагент не соответствует технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
- Системная универсальная калибровочная плазма	Калибровочная плазма, вариант исполнения Erba Standart Plasma.	- РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г.
- Фасовка 6 флаконов по 1 мл	- фасовка калибратора 5фл * 1 мл	- меньше количество флаконов, меньше калибровок анализа. что влияет на стабильность теста.

ЛОТ 66 Контрольные плазмы для ПВ, АПТВ, ТТ и фибриногена, норма и патология на полуавтоматический коагулометр STAGO ТОО «Sau med Group» имеется Регистрационное удостоверение на полуавтоматический анализатор гемостаза «Start-Max» «STAGO» с принадлежностями РК –МТ -5№016791 государственная перерегистрация 29.03.2022г, бессрочно № N050090, и реагент соответствует технической спецификации заказчика, ТОО «Экофарм» не имеет РУ полуавтоматический анализатор гемостаза Start Max, в ТС ТОО «Экофарм» указан РУ анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г, бессрочно, и реагент не соответствует технической спецификации заказчика:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
- Контрольные плазмы для ПВ, АПТВ, ТТ и фибриногена, норма и патология 12 фл*1мл N. 12 фл* 1 мл Р.	- Контрольная плазма, вариант исполнения: исполнения Erba Control N. - Контрольная плазма, вариант исполнения: Erba Control P. - фасовка 10*1 мл Control N. - фасовка 10*1 мл Control P - фасовка контрольных материалов 10*1 мл Control N. ,10*1 мл Control P контрольных материалов норма и патология	- РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г. - - меньше количество флаконов приводит к меньшему количеству постановок контроля качества.
- Фасовка контрольной плазмы 12 *1 мл, нормального и патологического уровня.		

ЛОТ 57 РФМК тест флаконы на 200 определений ручным методом ТОО «Микс Плюс » Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891 , дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно , набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика.

ТОО «Экофарм **РФМК тест флаконы на 200 определений** ручным методом» Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891 , дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно ,но нет перевода на казахский язык. Набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика. ТОО «Invitro» набор РФМК флаконный вариант 200 тестов соответствует технической спецификации заказчика.

ЛОТ 58 Техпластин 200 определений ручным методом ТОО «Микс Плюс » Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891 , дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно , набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика.

ТОО «Экофарм **р Техпластин 200 определений** ручным методом» Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891 , дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно ,набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика.

ТОО «Invitro» набор РФМК флаконный вариант 200 тестов соответствует технической спецификации заказчика.

ЛОТ 59 АПТВ тест на 100 определений ручным методом ТОО «Микс Плюс» Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891, дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно, набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика.

ТОО «Экофарм АПТВ тест на 100 определений ручным методом» Регистрационное удостоверение РК ИМН -5№114891, дата перерегистрации 23.04.21г бессрочно, набор РФМК флаконный вариант соответствует технической спецификации заказчика. ТОО «Invitro» набор РФМК флаконный вариант 200 тестов соответствует технической спецификации заказчика.

ЛОТ 61 набор реагентов Глюкоза на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 62 набор реагентов Общий белок на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 63 набор реагентов Альбумин на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 64 набор реагентов Мочевина на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 65 набор реагентов Креатинин 587 тестов на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 66 набор реагентов Билирубин общий на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 67 набор реагентов билирубин прямой на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 68 набор реагентов АЛТ Аланиминотрансфераза на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 69 набор реагентов АСТ аспартатаминотрансфераза на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 70 набор реагентов амилаза 783 теста на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 71 набор реагентов щелочная фосфатаза на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 72 набор реагентов глутамиламинотранспептидаза на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 73 набор реагентов общий холестерин на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 74 набор реагентов триглицериды на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 75 набор реагентов С реактивный белок на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 76 Контрольная сыворотка СРБ 1 уровень на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 77 Контрольная сыворотка СРБ 2 уровень на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 78 Щелочной детергент 2 л на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 79 Антибактериальный бесфосфорный реагент на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 80 Сыворотка для клинико химической калибровки 1 на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 81 Сыворотка для клинико химической контроля 1 на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 82 Сыворотка для клинико химической калибровки 2 на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» соответствуют технической спецификации заказчика

ЛОТ 83 Реакционные кюветы 6*10 шт на биохимический анализатор Дирун «TS- 240» ТОО «Hydramed» и ТОО «Halyk Medical Company» ТОО «Диакит» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 84 Наборы Общий белок ручным биуретовым методом ТОО «Микс Плюс» соответствуют технической спецификации заказчика,

ТОО «Экофарм» соответствуют технической спецификации заказчика, ТОО «ЮМК Текна» соответствуют технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 85 Наборы Креатинин – 02 ручным методом Яффе ТОО «Микс Плюс» соответствуют технической спецификации заказчика,

ТОО «Экофарм» соответствуют технической спецификации заказчика, ТОО «ЮМК Текна» соответствуют технической спецификации заказчика, ТОО «Диакит» соответствуют технической спецификации заказчика.

[illegible]

ЛОТ 114 Кассеты с античеловеческим глобулином 400 шт на 800 исследований скрининг антител на иммуногематологический анализатор ИП «Damir» и ИП «Ильина Н.В.» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 115 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител, Серджискрин. (3*10мл). Рассчитаны на 200 исследований на иммуногематологический анализатор ИП «Damir» и ИП «Ильина Н.В.» соответствуют технической спецификации заказчика.

ЛОТ 116 Измерительный картридж 250 тестов на газовый анализатор «Rapid - 500» Симменс ТОО «LabMedtex» соответствуют технической спецификации заказчика РУ РК-МТ-№ 022022 08.11.2022г № N 057830 Бессрочно№, ОО «Общество инвалидов ЕсоСом» соответствует

технической спецификации заказчика, но РУ на автоматический коагулометр CS 2500 Сисмекс.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ОО «Общество инвалидов ЕсоСом»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Измерительный картридж состоит из датчиков, реагентов, а также электронные и жидкостные компоненты для проведения анализов пациента и контроля качества. Датчики находятся в верхней части картриджа и служат для измерения pH, парциальное давление кислорода pO_2, парциальное давление углекислого газа pCO_2, натрий-Na^+, калий-K^+, кальций-Ca^{++}, Хлор-Cl^+, Глюкоза-GLU, Гематокрит- HCT, Гемоглобин и его видов Реагенты и жидкостные компоненты – находятся во внутренней части картриджа и используются при проведении анализа пациентов, калибровки и контроля качества. В передней части картриджа имеется порт введения образца со съемной насадкой уловителя сгустков. Также в передней части имеется два соединителя с промывочным картриджем и картриджем для отходов, данные соединители позволяют промывать реагентом для того чтобы очистить путь для образца и смыть отработанную жидкость в промывочный картридж/картридж для отходов не позволяя контактировать с системными компонентами. Рядом с соединителями имеется штифты для выравнивания измерительного картриджа с промывочным картриджем. В задней части картриджа имеется система трубок, которая обеспечивает путь потоку реагентов и образца через картриджи и соединяется к валами перистальтического насоса. В задней верней части имеется клапан который двигается в двух направлениях, тем самым направляя поток реагентов и образца в модуль с датчиками. Также имеются камера образца которая измеряет СО-ох и Интерфейс приводного колеса который проворачиваясь открывает и закрывает камеру образца измерения СО-ох. Картридж стабилен в течение 28 дней со дня установки его в систему RapidPoint 500. Материал изготовления - пластик Габариты: ширина (с учетом системы трубок) -100мм; высота -160мм, ширина -20. в упаковке - 1 штука.	ТС соответствует требованиям заказчика 9 скопирована с ТС заказчика), но РУ на другую медицинскую технику с истекшим сроком. Не соответствует	Предъявленное РУ на другой прибор. Регистрационное удостоверение РК –МТ - 5№017435 Автоматический коагулометр свертываемости крови CS 2500 в комплекте с принадлежностями ,Сисмекс до 03.01.2023г

ЛОТ 117 Промывочный картридж 4 шт в упаковке на газовый анализатор «Rapid - 500» Симменс ТОО «LabMedtex» соответствуют технической спецификации заказчика РУ РК-МТ-№ 022022 08.11.2022г № N 057830 Бессрочно№, ОО «Общество инвалидов ЕсоСом» соответствует технической спецификации заказчика, но РУ на автоматический коагулометр CS 2500 Сисмекс.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ОО «Общество инвалидов ЕсоСом»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	---	---

Промывочный картридж/картридж отходов - состоит из двух внутренних камер в цельном корпусе. В одной камере находится реагент для промывки, который очищает путь для образца после проведения калибровки или анализа. В другой камере хранятся жидкие отходы после проведения анализов, калибровки и промывки системы. С задней стороны имеется два отверстия на расстоянии 50мм друг от друга, для соединения с жидкостной системой измерительного картриджа (система RapidPoint 500). И два отверстия на расстоянии 50мм друг от друга, для соединения штифтов от измерительного картриджа Материал: пластик Размеры: Ширина с учетом соединительной части - 100мм, длина- 150мм, высота-130мм. В упаковке - 4 штуки	ТС соответствует требованиям заказчика 9 скопирована с ТС заказчика), но РУ на другую медицинскую технику с истекшим сроком.	Предъявленное РУ на другой прибор. Регистрационное удостоверение РК – МТ -5№017435 Автоматический коагулометр свертываемости крови CS 2500 в комплекте с принадлежностями ,Сисмекс до 03.01.2023г
--	--	---

ЛОТ 118 Контрольный уровень 1, 30 амп *2,5 мл. на газовый анализатор «Rapid - 500» Симменс ТОО «LabMedtex» соответствуют технической спецификации заказчика РУ РК-МТ-№ 022022 08.11.2022г № N 057830 Бессрочно№, ОО «Общество инвалидов ЕсоСом» соответствует технической спецификации заказчика, но РУ на автоматический коагулометр CS 2500 Сисмекс.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ОО «Общество инвалидов ЕсоСом»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Контроль качества COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл	ТС соответствует требованиям заказчика 9 скопирована с ТС заказчика), но РУ на другую медицинскую технику с истекшим сроком. Не соответствует	Предъявленное РУ на другой прибор. Регистрационное удостоверение РК – МТ -5№017435 Автоматический коагулометр свертываемости крови CS 2500 в комплекте с принадлежностями ,Сисмекс до 03.01.2023г

ЛОТ 119 Контрольный уровень 2 , 30 амп*2,5 мл. Промывочный катридж 4 шт в упаковке тестов на газовый анализатор «Rapid - 500» Симменс ТОО «LabMedtex» соответствуют технической спецификации заказчика РУ РК-МТ-№ 022022 08.11.2022г № N 057830 Бессрочно№, ОО «Общество инвалидов ЕсоСом» соответствует технической спецификации заказчика, но РУ на автоматический коагулометр CS 2500 Сисмекс.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ОО «Общество инвалидов ЕсоСом»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Контроль качества COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл	ТС соответствует требованиям заказчика 9 скопирована с ТС заказчика), но РУ на другую медицинскую технику с истекшим сроком. Не соответствует	Предъявленное РУ на другой прибор. Регистрационное удостоверение РК – МТ -5№017435 Автоматический коагулометр свертываемости крови CS 2500 в комплекте с принадлежностями ,Сисмекс до 03.01.2023г

ЛОТ 120 Контрольный уровень 3, 30 амп*2,5 мл. Промывочный катридж 4 шт в упаковке тестов на газовый анализатор «Rapid - 500» Симменс ТОО «LabMedtex» соответствуют технической спецификации заказчика РУ РК-МТ-№ 022022 08.11.2022г № N 057830 Бессрочно№, ОО «Общество инвалидов ЕсоСом» соответствует технической спецификации заказчика, но РУ на автоматический коагулометр CS 2500 Сисмекс.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ОО «Общество инвалидов ЕсоСоп»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Контроль качества COMPLETE LEVEL 3 30 ам.п. х 2,5 мл	ТС соответствует требованиям заказчика 9 скопирована с ТС заказчика), но РУ на другую медицинскую технику с истекшим сроком. Не соответствует	Предъявленное РУ на другой прибор. Регистрационное удостоверение РК – МТ -5№017435 Автоматический коагулометр свертываемости крови CS 2500 в комплекте с принадлежностями ,Сисмекс до 03.01.2023г

ЛОТ 121 Наборы для количественного определения тропонина I на иммунофлуоресцентный анализатор Alere Triage TOO «Локал-Фарм» соответствует требованиям конкурсной документации.

ЛОТ 122 Наборы для количественного определения про BNP маркера сердечной недостаточности на иммунофлуоресцентный анализатор Alere Triage TOO «Локал-Фарм» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 123 Наборы для количественного определения Д димера на иммунофлуоресцентный анализатор Alere Triage TOO «Локал-Фарм» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 124 Тест полоски на мочевой анализатор «Уризис» TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 125 Контрольный тест на мочевой анализатор «Уризис» TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 126 Снап Паки на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 127 Электрод Na на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 128 Электрод K на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 129 Электрод Са на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 130 Референтный Электрод на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 131 Референтный Электрод Хаузинг на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 132 Очищающий раствор на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 133 Раствор для депротенинизации на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 134 Раствор для контроля качества на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 135 Кондиционер электрода для натрия на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 136 Набор трубок для перистальтического насоса на анализатор электролитов «AVL 9180» и TOO «ТЦ Мастер» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 137 Активированное частичное тромбопластиновое время Реагент А 4*4 мл, 320 тестов TOO «Медилэнд» анализатор коагуляции «Соах – 4» соответствует требованиям конкурсной документации, TOO «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация TOO «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	--	---

Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, производства компании BioSystems S.A (Испания), РУ РК-МТ-5№020032, показатель свертываемости крови; цефалин из мозга кролика, микронизированный кремний, буферная среда стабилизатор; лиофилизат, количество исследований – 320 тестов, фасовка А - 4 x 4 мл, t+2 +8 С	Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени, вариант исполнения ERBA Actime 30. Фасовка 6*5 мл. - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г.	- В ТС поставщика указано назначение и клиническая значимость анализа, описан ход работы ручным методом. - в прилагаемой инструкции для автоматических систем указано – обратитесь к руководству пользователя прибора. -Использование на коагулометре «Соах – 4» требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов в экспресс лаборатории.
Состав: цефалин из мозга кролика, микронизированный кремний, буферная среда стабилизатор; лиофилизат,	Состав: 0,1 миллимолярный раствор элаговой кислоты, фосолипиды, буферные вещества, стабилизаторы.	Разный состав. Не соответствует

ЛОТ 138 Активированное частичное тромбопластиновое время Реагент А 4*4 мл, 320 тестов ТОО «Медилэнд» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, производства компании BioSystems S.A (Испания), показатель свертываемости крови; буферный раствор хлорида кальция, 0.025 моль/л, стабилизатор, количество исследований - 1280 - Фасовка В 4 x 16 мл	Кальция хлорид, вариант исполнения ERBA Scalcium Chloride 0.025 молярный раствор. Фасовка 10*10 мл - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г.	- В ТС поставщика указано назначение и клиническая значимость анализа, описан ход работы ручным методом. - в прилагаемой инструкции для автоматических систем указано – обратитесь к руководству пользователя прибора. Меньший объем реагента для работы. -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов для онкоцентра.

ЛОТ – 139 Реагент Фибриноген Метод Клаусса Реагент А 4x2мл +,160 тестов ТОО «Медилэнд» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	--	---

Фибриноген Метод Клаусса, Реагент А из набора реагентов ФИБРИНОГЕН метод Клаусса, производства компании BioSystems S.A (Испания), Показатель свертываемости крови; Состав : высокоочищенный альфа-тромбин человека, буферная среда, кальций, стабилизатор; лиофилизат, количество исследований – 160 тестов Фасовка 4 x 2мл, +2 +8 С	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена вариант исполнения Erba Trombin reagent 10. Состав: Erba Trombin reagent 100 Ед НИЗ/мл тромбина крупного рогатого скота со стабилизатором. Фасовка 5 x 2мл - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г.	- В ТС поставщика указано назначение и клиническая значимость анализа, описан ход работы ручным методом. - в прилагаемой инструкции для автоматических систем указано – обратитесь к руководству пользователя прибора. -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов экспресс лаборатории
---	--	---

ЛОТ – 140 Калибратор 4x1мл +2 +8 С для коагуляции ТОО «Медилэнд» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Коагуляционный Калибратор мл из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: - протромбиновое время - активированное частичное тромбопластиновое время - тромбиновое время - фибриноген фасовка 4фл x1 мл, +2 +8 С	Калибровочная плазма вариант исполнения Erba Standart Plasma 5фл *1мл. Параметры: - протромбиновое время - активированное частичное тромбопластиновое время - фибриноген - антитромбин III - С белок - S белок - Факторы В перечне отсутствует тромбиновое время. - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г.	- В ТС поставщика указано подготовка к работе, стабильность и хранение. описан ход работы ручным методом. В прилагаемой инструкции – к калибратору, нет процедуры калибровки -Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов для экспресс лаборатории - Калибраторы одного производителя не могут использоваться для калибровки наборов другого производителя.

ЛОТ – 141 Контроль коагуляции уровень I, 4x1мл ТОО «Медилэнд» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
--	--	---

Контроль Коагуляции уровень I из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ. производства компании BioSystems S.A (Испания). параметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген фасовка 4 x 1 мл, +2 +8 С	Калибровочная плазма вариант исполнения Erba Standart Plasma Фасовка 5*1мл - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г. - Ограничения в инструкции – результаты контроля качества связаны с применяемыми приборами, типами реагентами, и могут разниться в лабораториях	-Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов экспресс лаборатории. - Нет уверенности в правильности и воспроизводимости контрольных цифр. - контрольный материал одного производителя не может использоваться для контроля наборов другого производителя. Не соответствует
---	--	--

ЛОТ -142 Контроль коагуляции уровень II , ТОО «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Экофарм» не соответствует требованиям конкурсной документации:

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	Техническая спецификация ТОО «Экофарм»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Контроль Коагуляции уровень II из Набора реагентов ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ. производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген. Фасовка 4 x 1 мл, +2 +8 С	Контрольная плазма плазма вариант исполнения Erba Control N Plasma 10*1мл - РУ на анализатор гемостаза Erba Laxema Чешская республика РК МТ -0»024606 от 13.06.2022г. - Ограничения в инструкции – результаты контроля качества связаны с применяемыми приборами, типами реагентами, и могут разниться в лабораториях	-Использование на коагулометре Start Max требует перепрограммирования прибора, что нарушает процесс работы лаборатории и время выдачи анализов в экспресс лаборатории - Нет уверенности в правильности и воспроизводимости контрольных цифр. - контрольный материал одного производителя не может использоваться для контроля наборов другого производителя. Не соответствует

ЛОТ 143 Кюветы для 4-х канальный коагулометр COAX 4 , НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации.

ЛОТ 144 (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL) на автоматический гематологический анализатор XN - 550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации.

ЛОТ 145 (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации.

ЛОТ 146 (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации

- ЛОТ 147 (Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 148 Cellclean (очищающий раствор Cellclean) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 149 L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 150 L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 151 L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) автоматический гематологический анализатор XN -550 Сисмекс НПФ «Медиленд» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 152 Набор Хлами Бест- IgG- ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 153 Набор МикоплазмаБест- IgG № 96 ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 154 Набор УреаплазмаБест- IgG-стрип № 96 ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 155 Набор Сифилис IgM ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 156 Набор Сифилис суммарные антитела ИФА методом ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации., ТОО «Invitro» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 157 Набор прокальцитонин ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 158 . Вектоген В – HBs-антиген (комплект 2) ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Invitro» соответствует требованиям конкурсной документации:
- ЛОТ 159 БЕСТ анти-ВГС (комплект 3), ИФА методом на ИФА анализатор «Biorad Модель 680» ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Invitro» не соответствует требованиям конкурсной документации:
- ЛОТ -160 0558 Вектоген-В-HBs-антиген (подтверждающий), комплект 1 ИФА методом ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации, ТОО «Invitro» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ -161 Бест анти-ВГС-подтверждающий , комплект 4 D - 0776 ИФА методом ТОО «МиксПлюс» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 162
- Тропонин I чувств. Реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 163
- Тропонин I чувств калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 164 Трехуровневый кардиоконтроль на на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Health Line » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 165
- АФП, реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 166
- АФП, калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 167
- Антиген СА 125, реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 168
- Антиген СА 125, калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 169
- Антиген СА 19-9, реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 170
- Антиген СА 19 -9 , калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 171
- Простатический специфический антиген, реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 172

Простатический специфический антиген калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 173

Простатический специфический антиген(свободная фракция , реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 174

Простатический специфический антиген(свободная фракция , калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 175

Раково-эмбриональный антиген, реагент на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 176

Раково-эмбриональный антиген, калибратор на ИХЛ анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 177

C – реактивный белок реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 178

Ревматоидный фактор реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 179

Ферритин реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 180

Общий билирубин реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 181

Прямой билирубин реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 182

Амилаза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор Аккесс – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 183

Липаза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 184

Аланинаминотрансфераза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 185

Аспаратаминотрансфераза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 186

Щелочная фосфатаза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 187

Магний реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 188

Глюкоза реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 189

Мочевина реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 190

Креатинин реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 191

НБАIC реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 192

Общий белок реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации

ЛОТ 193

- Холестерин реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 194
- Триглицериды реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 – 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 195
- ЛПНП реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 196
- ЛПВП реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 197
- Системный калибратор реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 2 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 198
- С реактивный белок калибратор нормальная чувствительность реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор
» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 199
- Ревматоидный фактор калибратор реагент на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор
» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 200
- Холестерин ЛПВП калибратор на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 201
- Мультикалибратор клинической химии уровень 3 20*5 мл для панкреатической амилазы на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 202
- Калибратор мочевых тестов на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 203
- Контрольная сыворотка 1 на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 204
- Контрольная сыворотка 21 на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор
» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 205
- Холестерин ЛПВП / ЛПНП контроль на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 ТОО «Саткор» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 206
- Высокий стандарт сыворотки на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 207
- Низкий стандарт сыворотки на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 208
- ISc Na /K selectivity на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 209
- Референсный раствор 4*1000 мл на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 210
- Средний стандарт сыворотки 4*2000 мл на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 211
- ISc буфер 4*2000 мл на биохимический анализатор AU 640/ AU -680 анализатор ТОО «Саткор» » соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 212
- Отмывающий буфер для электрофореза белков для анализатор электрофореза белковых фракций «Hospitex Diagnostic» ТОО «Микс Плюс» соответствует требованиям конкурсной документации
ЛОТ 213
- Не барбитуратовый буфер для электрофореза белков для электрофореза белков для анализатор электрофореза белковых фракций «Hospitex Diagnostic» ТОО «Микс Плюс» соответствует требованиям конкурсной документации

- ЛОТ 214 Краска для покраски Cellulose Acetate for Electrophoresis электрофореза белков для анализатор электрофореза белковых фракций « Hospitecs Diagnostic» ТОО «Микс Плюс» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 215 Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 216 Реагент для определения Реагент для определения Actin FS 10 x 2 мл (400 тестов) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 217 Реагент для определения Реагент для определения Test Thrombin На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 218 Реагент для определения Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 219 Реагент для определения Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER (1 набор 300 - большой) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 220 Реагент для определения Контроль Innovance® D-DIMER норма и патология На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 221 Реагент для определения Реагент для скрининга LA 1 На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 222 Реагент для определения Реагент Реагент для скрининга LA 2 На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 223 Реагент для определения Berichrom AT III 1 Kit (Реагент для определения Berichrom AT III 1 набор) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 224 Калибратор PT-Multi calibrator На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 225 Стандарт для Фибриногена На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 226 Реагент для определения Стандартная плазма На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 227 Ci-Trol 1 10 x for 1 ml (Контроль Ci-Trol 1 10 x на 1 мл) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 228 Ci-Trol 2 10 x for 1 ml (Контроль Ci-Trol 1 10 x на 1 мл) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 229 Ci-Trol 3 10 x for 1 ml (Контроль Ci-Trol 1 10 x на 1 мл) На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 230 Хлорид кальция 0,025 моль/л На автоматический коагулометр CS 2500 ТОО «LabMedTex» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 238 Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4) для автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 239 Промывающий реагент Cleanac 710 (Cleanac 710) для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 240 Лизирующий реагент Hemolynac 310 (Hemolynac 310) для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 241 Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) - Гипохлорит для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 242 Контрольная кровь гематология MEK 3DL (низкий), MEK 3DN (нормальный), MEK 3DH (высокий) для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 243 Трубка для насоса для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 244 Фильтр для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 245 Термобумага для Автоматических гематологических анализаторов серии MEK1301, MEK1302, MEK1305 с определением СОЭ ТОО «Health Line» соответствует требованиям конкурсной документации.
- ЛОТ 246 Среда с сорбентом для культивирования аэробов для бак анализатора «BD Bactec FX 40» ТОО «MicroSolution» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 247 Среда с сорбентом для культивирования анаэробов для бак анализатора «BD Bactec FX 40» ТОО «MicroSolution» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 248 Среда с сорбентом для культивирования аэробов из образцов детской крови и других случаев образцов малого объема (ликвор, синовиальная, перитонеальная жидкость и т.п.) для бак анализатора «BD Bactec FX 40» ТОО «MicroSolution» соответствует требованиям конкурсной документации

- ЛОТ 249 Приспособление для субкультивирования с переходником для бак анализатора «BD Bactec FX 40» ТОО «MicroSolution» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 250 Кассета Фолиевой кислоты на на ЭХЛ анализатор Cobas E 411 ТОО «ТЦ Мастер» » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 251 Кассета Витамин В12 на на ЭХЛ анализатор Cobas E 411 ТОО «ТЦ Мастер» » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 252 калибратор Фолиевой кислоты на на ЭХЛ анализатор Cobas E 411 ТОО «ТЦ Мастер» » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 253 Калибратор Витамин В12 на на ЭХЛ анализатор Cobas E 411 ТОО «ТЦ Мастер» » соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 254 Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель на на анализатор газов крови ABL 80 ТОО «Дельрус Казахстан» ,ТОО «Мелиор LTD» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 255 Калибровочный блок для для анализатора газов крови ABL 80 на анализатор газов крови ABL 80 ТОО «Дельрус Казахстан» ,ТОО «Мелиор LTD» соответствует требованиям конкурсной документации
- ЛОТ 256 Бумага для принтера (упаковка 6 рул.) для анализатора газов крови ABL 80 на анализатор газов крови ABL 80 ТОО «Дельрус Казахстан» ,ТОО «Мелиор LTD» соответствует требованиям конкурсной документации

Эксперт: Зав КДЛ МОБ: Доскумбаева Г.А.

